Údržba dýchacího trenažéru POWERbreathe

POWERbreathe je při použití vystaven slinám, a proto z důvodu zachování funkčnosti a hygieny doporučujeme čištění po každém použití.


POWERbreathe Plus (mechanický)

Po každém použití propláchněte přístroj pod teplou tekoucí vodou. Zvýšenou pozornost věnujte náustkové části. Vyklepte zbylou vodu a nechte uschnout na suchém ručníku.

1 x týdně doporučujeme přístroj na 10 minut ponořit do sterilizačního roztoku, který vytvoříte rozupuštěním **1 čistící tablety POWERbreathe** v 1 - 2 litrech vlažné vody.

Po sterilizaci otočte přístroj dnem vzhůru pod tekoucí vodou tak, aby voda mohla proudit skrze zařízení. Vyklepte zbylou tekutinu a nechte uschnout na suchém ručníku.

V případě potřeby dalšího čištění je možné přístroj rozložit na součástky tak, jak je zobrazeno na níže uvedeném obrázku. Při demontáži POWERbreathe Plus buďte opatrní a neztraťte žádnou součástku.



Pozn. POWERbreathe není vhodný pro mytí v myčce nádobí.

Přejeme Vám úspěšný trénink!


© POWERbreathe International Ltd. 2014, všechna práva vyhrazena

POWERbreathe K-série (elektronický)

Po každém použití odejměte hlavici dýchacího ventilu z přístroje (viz obrázek) a na 10 minut ji ponořte do teplé vody. Poté hlavici opláchněte proudem tekoucí teplé vody a přitom otevírejte a zavírejte záklopku tak, aby se povrch ventilu důkladně opláchl. Následně vytřepte přebytečnou vodu a nechte hlavici uschnout na suchém ručníku.

Tělo přístroje otřete vlhkým hadrem. Tuto část přístroje nenořte do vody ani ji neoplachujte proudem, mohlo by dojít k poškození elektroniky přístroje!


Odejmutí hlavice ventilu




Opláchutí hlavice



Manipulace s ventilem (otevírání, zavírání) během čištění





1 x týdně doporučujeme hlavici ventilu na 10 minut ponořit do sterilizačního roztoku, který vytvoříte rozupuštěním 1 čistící tablety POWERbreathe v 1-2 litrech vlažné vody.

Po vyčištění sterilizačním roztokem dobře opláchněte hlavici pod proudem vody. Vytřepte nadbytečnou vodu a nechte součástku uschnout na suchém ručníku.

Nikdy nenechte Váš přístroj schnout na špinavé podložce, nepoužívejte k jeho čištění hrubé čisticí prostředky nebo agresivní látky jako je benzín nebo aceton.

Pokud dojde k ucpání (zanesení) hlavice ventilu špínou či slinami, POWERbreathe nemůže správně pracovat a na jeho displeji se objeví chybová hláška (Error Please clean valve). Pokud se tak stane, vyčistěte přístroj podle výše uvedených pokynů.

Pro zajištění optimální úrovně tréninku doporučujeme pravidelnou výměnu hlavice ventilu 1x ročně.

Pozn. POWERbreathe ani hlavice ventilu nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

© POWERbreathe International Ltd. 2014, všechna práva vyhrazena